

## RE: Questionamento PE 003/2017

Departamento Administrativo da Saúde <das@viana.es.gov.br>

seg 06/11/2017 12:54

Para:licitacao viana <licitacao@viana.es.gov.br>;

Boa tarde!

Esclarecemos que as agulhas hipodérmicas solicitadas no Pregão Eletrônico Nº 003/2017, são simples, sem o dispositivo de segurança, haja visto que tal dispositivo está sendo solicitado nas Seringas Descartáveis de 03, 05 e 10ml.

Att,

Aline Lane Monteiro Fioresi  
Diretoria Executiva de Média e Alta Complexidade

Elber Mattos  
Gerência de Suprimentos

Prefeitura Municipal de Viana-ES  
Fundo Municipal de Saúde  
E-mail: [das@viana.es.gov.br](mailto:das@viana.es.gov.br)  
Tel.: (027) 9 9821-3231

---

**De:** licitacao viana <licitacao@viana.es.gov.br>  
**Enviado:** segunda-feira, 6 de novembro de 2017 10:08  
**Para:** Saúde  
**Assunto:** Enc: Questionamento PE 003/2017

Bom dia,

Segue pedido de esclarecimento abaixo para ser respondido.

Atenciosamente,

---

**PRIMEIRA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA**  
**e-mail: [licitacao@viana.es.gov.br](mailto:licitacao@viana.es.gov.br)**  
**Tel.: (27) 2124-6731**

---

**De:** Licitação <adm15@equilibrium.far.br>

**Enviado:** segunda-feira, 6 de novembro de 2017 09:01

**Para:** licitacao@viana.es.gov.br

**Assunto:** Questionamento PE 003/2017

Bom dia,

Por gentileza, gostaríamos de saber se as agulhas hipodérmicas que estão sendo licitadas no PE 003/2017, Processo 11293/2017 será com dispositivo de segurança a qual atende a norma NR 32, ou agulha hipodérmica Simples, sem o dispositivo.


Desde já, Obrigada!

Iolanda

Depto de Licitações

☎ 62 3240-5776

☎ 62 3240-5784 (fax)

 *Meu papel. Minha consciência. Pense nisso!*