



LAUDO DE AMOSTRA E DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

REF.: Edital Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 079/2018.

OBJETO: Ata de Registro de Preços para futuras aquisições de Materiais/Equipamentos Hospitalares e de Apoio.

À 1ª Comissão Permanente de Licitação
Senhora Pregoeira,

Informamos que as Amostras e Documentações de Qualificação Técnica apresentadas pela empresa:

- **K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOSEIRELI EPP**, arrematante do lote: 01.

Documentação	Sim	Não	Pagina
Atestado de Capacidade Técnica	X		276
Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Habilitação	X		279

- **MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS EIRELI**, arrematante do lotes: 02.

Documentação	Sim	Não	Pagina
Atestado de Capacidade Técnica	X		313/316
Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Habilitação	X		320

- **D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME**, arrematante dos lotes: 04 e 14.

Documentação	Sim	Não	Pagina
Atestado de Capacidade Técnica	X		406/409
Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Habilitação	X		415

- **CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP**, arrematante dos lotes: 11, 12 e 13.

Documentação	Sim	Não	Pagina
Atestado de Capacidade Técnica	X		628/631
Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Habilitação	X		645

Foram analisadas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde e **APROVADAS**, estando de acordo com o edital de licitação.

Para os demais lotes passamos a informar:

Lote 03: Empresa arrematante BRASIDAS EIRELI – Proposta apresentada pela empresa é uma balança portátil com plataforma de vidro com espessura de 6mm, não atendendo a especificação do objeto que é de no mínimo 8mm. Portanto a empresa está **REPROVADA** para este lote.

Lote 06: Empresa arrematante CIRÚRGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA – Proposta apresentada pela empresa, modelo FD-200A, não é, de acordo com amostra, digital (o modelo da mesma marca que atenderia o objeto da licitação seria o MD-200B). Portanto a empresa está **REPROVADA** para este lote.

OM

Waldemar



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Lote 07: Empresa arrematante V.S. COSTA & CIA LTDA EPP – Proposta apresentada pela empresa, refere-se a modelo portátil e não de mesa. Portanto a empresa está **REPROVADA** para este lote.

Lotes 08 e 09: Empresa arrematante D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME – A empresa não apresentou as amostras para estes lotes, não sendo possível realizar a análise de conformidade. Portanto a empresa está **REPROVADA** para estes lotes.

Lote 15: Empresa arrematante MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS EIRELI – Proposta apresentada pela empresa não oferece suporte com rodízio para o Criocautério, conforme especificação do objeto. Portanto a empresa está **REPROVADA** para este lote.

Lotes 05 e 10: FRACASSADOS.

Viana-ES, 18 de outubro de 2018

Atenciosamente,

Maria Angelica Callegario Vieira
Diretoria Executiva de Atenção Básica

Elber Francisco Rocha Mattos
Gerência de Suprimentos/FMS