



## LAUDO DE AMOSTRA E DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

**REF.:** Edital Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 104/2018.

**OBJETO:** Ata de Registro de Preços para futuras aquisições de Materiais Médico-Hospitalares (Cateter, Scalp e Equipo).

À 1ª Comissão Permanente de Licitação

Senhora Pregoeira,

Informamos que as Amostras e Documentações de Qualificação Técnica apresentada pelas empresas:

- **CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES S/A**, arrematante do lote: 03.

• Documentação	Lote	Sim	Não	Pagina
Atestado de Capacidade Técnica		X		308/309
Licença Sanitária Estadual ou Municipal		X		321/322
Autorização de Funcionamento da ANVISA		X		312/313 e anexo ao laudo
Registro do Produto na ANVISA	03	X		307
Certificado de Boas Praticas de Fabricação - CBPF	03	X		311 - RDC Nº 15/2014 (ANVISA Não Emite Certificado para produtos classe I e II)

- **BIOBASE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, arrematante do lote: 08.

• Documentação	Lote	Sim	Não	Pagina
Atestado de Capacidade Técnica		X		438/442
Licença Sanitária Estadual ou Municipal		X		457
Autorização de Funcionamento da ANVISA		X		446/451
Registro do Produto na ANVISA	08	X		443

- **LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, arrematante dos lotes: 10 e 12.

• Documentação	Lote	Sim	Não	Pagina
Atestado de Capacidade Técnica		X		529
Licença Sanitária Estadual ou Municipal		X		528
Autorização de Funcionamento da ANVISA		X		524
Registro do Produto na ANVISA	10	X		525
	12			
Certificado de Boas Praticas de Fabricação - CBPF	10	X		RDC Nº 15/2014 (ANVISA Não Emite Certificado para produtos classe I e II)
	12			

- **HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, arrematante dos lotes: 11 e 13.

• Documentação	Lote	Sim	Não	Pagina
Atestado de Capacidade Técnica		X		560

BM



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Licença Sanitária Estadual ou Municipal		X		569
Autorização de Funcionamento da ANVISA		X		561/562
Registro do Produto na ANVISA	11	X		563
	13	X		
Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF	11	X		564/567 - RDC Nº 15/2014 (ANVISA Não Emite Certificado para produtos classe I e II)
	13	X		

Foram analisadas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde e **APROVADAS**, estando de acordo com o edital de licitação.

Para os demais itens passamos a informar:

**Lotes: 01, 02, 04, 05 e 06**, empresa arrematante **OLIVEIRA E GUIMARÃES COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** – As amostras do produto ofertado pela empresa não contem o dispositivo de segurança, conforme NR 32, exigidos nos descritivos dos objetos da licitação. Portanto a empresa está **REPROVADA** para estes lotes;

**Lote: 07**, empresa arrematante **LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** – As amostras do produto ofertado pela empresa é de um Equipo Macrogotas e o objeto da Licitação é de um Equipo Microgotas, impossibilitando a análise da equipe técnica. Portanto, a empresa está **REPROVADA** para este lote;

Viana/ES, 22 de janeiro de 2019

Atenciosamente,

**Renato Rosa dos Santos**  
Enfermeiro  
Matrícula: 031518-01

**Renato Rosa dos Santos**  
Enfermeiro

(Referência Técnica de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares)

**Elber Francisco Rocha Mattos**  
Gerência de Suprimentos/FMS