



GESTÃO 2017-2020

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

Proc. nº 4.663/2019

Fls. nº 07

Rubrica OM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LAUDO TÉCNICO DE RECURSO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019 – CRUATIVOS ESPECIAIS

Sr.^a Secretária Municipal de Saúde,

Considerando o Recurso Administrativo apresentado pela empresa **CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME**, referente ao lote 02 do Pregão Eletrônico Nº 006/2019, passamos a informar:

Após estudos e diligência realizada para conhecimento e deliberação quanto ao pedido da empresa supracitada, o qual alegou que o **CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA ACTICARE AG**, de procedência da China e registrado no Brasil por: **VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA**, não atende ao objeto da licitação, por "não ser envolto por tecido não tecido selado", esclarecemos que, além da análise física do material (laudo em anexo), onde foi colocado em teste com paciente do município, tendo excelente adesão e aceitação ao tratamento, atingindo os objetivos e finalidades almejadas pela equipe técnica, a diligência realizada via site (www.vitamedical.com.br), cópia em anexo, foi afirmado pelo detentor do registro do produto, que:

*..." o produto é envolto, na camada primária, por um tecido não tecido e selado por toda extensão. A segunda camada, ou camada interna, é elaborada a partir de fibras de carvão com íons de prata, que é a camada responsável pelo papel de absorção do exsudato e prevenção e tratamento de infecção, bem como controle do odor. Por fim, a terceira camada é constituída também por um tecido-não-tecido, que também é responsável pela absorção do exsudato. **Sendo assim, o curativo por inteiro é envolto por uma camada tecido-não-tecido e não aderente**..."*

Por fim, diante do exposto, tendo o produto atendido sua finalidade no teste realizado e, também, a **CONFIRMAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL** pelo produto no país, de que o **ACTICARE AG SE TRATA DE CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA ENVOLTO POR TECIDO NÃO TECIDO SELADO**, fica esclarecido que a proposta da empresa **ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP** para o lote 02 do Pregão Eletrônico Nº 006/2019, **ATENDE AO OBJETO DA LICITAÇÃO.**

Outrossim, **DELIBERO PELO PROSSEGUIMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO**, deixando assim de acolher o recurso apresentado.

Viana/ES, 30 de abril de 2019

Atenciosamente,


Katia Cilene Rego Venturott Ferreira

Enfermeira – Referência Técnica em Curativos, Sondas e Estomias

Re: Vita Medical 2015 - Contato

Vita Medical - Thiago <thiago@vitamedical.com.br>

Qua, 24/04/2019 20:00

Para: das@viana.es.gov.br <das@viana.es.gov.br>

Boa tarde, Elber

Prefeitura Municipal de Viana

Fls. nº 08

Processo nº

4663/19

Agradecemos o seu contato!

Quanto a sua duvida, nosso produto é envolto, na camada primária, por um tecido não tecido e selado por toda extensão. A segunda camada, ou camada interna, é elaborada a partir de fibras de carvão com ions de prata, que é a camada responsável pelo papel de absorção do exsudato e prevenção e tratamento de infecção, bem como controle do odor. Por fim, a terceira camada é constituída também por um tecido-não-tecido, que também é responsável pela absorção do exsudato. Sendo assim, o curativo por inteiro é envolto por uma camada tecido-não-tecido e não aderente com uma camada interna de fibras de carvão ativado com ions de prata e selado por toda sua extensão.

Esperamos ter esclarecido sua duvida. Qualquer dúvida que persistir, basta no procurar

Ficamos à disposição

Atenciosamente,


VitaMedical

QUALIDADE NUNCA DEIXA DE SER APROPRIADA

www.vitamedical.com.br
www.loja.vitamedical.com.br

Thiago Lage

Gerente Nacional

Head Manager

☎ +55 (61) 3225-8514

📧 +55 (61) 9.9809-5583

thiago@vitamedical.com.br

Em qua, 24 de abr de 2019 às 17:05, Vita Medical 2015 <mailmarketing@wamarketing.com.br> escreveu:

Contato enviado pelo site - Data: 24/04/2019

24/04/2019

O conteúdo enviado

Nome

Elber Francisco Rocha Mattos

Emaildas@viana.es.gov.br**Telefone**

(27) 3255-1621

Mensagem

Boa tarde! solicitamos esclarecimento quanto ao Curativo de Carvão Ativado com Prata ACTICARE AG mais especificamente sobre as composições das camadas se é ENVOLTO POR TECIDO NÃO TECIDO SELADO. Pois estamos com dúvidas sobre a 1ª camada formada por polietileno (PE). Este é um tecido não tecido?

VitaMedical

<http://www.vitamedical.com.br/2020/>

