

**LAUDO DE AMOSTRAS E DOCUMENTAÇÕES DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

REF.: Edital Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 040/2019.

OBJETO: Ata de Registro de Preços para futuras aquisições de Materiais Médico-Hospitalares (atadura, compressa de gaze, esparadrapo, etc).

**À 1ª Comissão Permanente de Licitação  
Senhora Pregoeira,**

Inicialmente, esclarecemos que foram realizadas diligências, através de pesquisas na internet, para verificação de registros na ANVISA e comprovação de atendimento as normas técnicas, bem como para garantir o princípio da economicidade para a administração pública (cópias em anexo).

Desta forma, informamos que as amostras e documentações de qualificação técnica apresentadas pelas empresas:

- **MED CENTER COMERCIAL LTDA**, arrematante dos lotes: 11.

Documentação	Lote	Sim	Não	Página
Atestado de Capacidade Técnica		X		266/279
Licença Sanitária Estadual ou Municipal		X		280
Registro do Produto na ANVISA	11	X		265

- **NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A**, arrematante dos lotes: 04 e 09.

Documentação	Lote	Sim	Não	Página
Atestado de Capacidade Técnica		X		425/444
Licença Sanitária Estadual ou Municipal		X		459
Registro do Produto na ANVISA	04	X		445
	09	X		446

- **L A DALLA PORTA JUNIOR EPP**, arrematante do lote: 05.

Documentação	Lote	Sim	Não	Página
Atestado de Capacidade Técnica		X		591
Licença Sanitária Estadual ou Municipal		X		593
Registro do Produto na ANVISA	05	X		590

- **HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, arrematante do lote: 06.

Documentação	Lote	Sim	Não	Página
Atestado de Capacidade Técnica		X		637/639
Licença Sanitária Estadual ou Municipal		X		645
Registro do Produto na ANVISA	06	X		632

- **POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, arrematante do lote: 07.

Documentação	Lote	Sim	Não	Página
Atestado de Capacidade Técnica		X		696/699
Licença Sanitária Estadual ou Municipal		X		700/703
Registro do Produto na ANVISA	07	X		693



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- **CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A**, arrematante dos lotes: 08.

Documentação	Lote	Sim	Não	Página
Atestado de Capacidade Técnica		X		781/784
Licença Sanitária Estadual ou Municipal		X		787
Registro do Produto na ANVISA	08	X		780

- **CREMER S/A**, arrematante dos lotes: 12.

Documentação	Lote	Sim	Não	Página
Atestado de Capacidade Técnica		X		879/895
Licença Sanitária Estadual ou Municipal		X		897
Registro do Produto na ANVISA	12	X		864/872 e anexo ao laudo

- **BEM MED COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA**, arrematante dos lotes: 14.

Documentação	Lote	Sim	Não	Página
Atestado de Capacidade Técnica		X		1.008
Licença Sanitária Estadual ou Municipal		X		967
Registro do Produto na ANVISA	14	X		956

Foram analisadas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde e **APROVADAS**, estando de acordo com o edital de licitação.

Para os demais itens, passamos a informar:

**LOTES 01 e 10** – Empresa arrematante **MED CENTER COMERCIAL LTDA**: Em análise das amostras dos materiais ofertados pela empresa, a equipe técnica identificou que os mesmos não atendem aos objetos da licitação, sendo: Lote 01 – A atadura não atinge o comprimento que é solicitado no edital, que é de 4,5 metros (esticada); Lote 10 - A Fita adesiva hospitalar ofertada é de 16 mm x 90 m e o objeto da licitação é de 19 mm x 50 m. Desta forma, a empresa está **REPROVADA** para estes lotes;

**LOTE 02** – Empresa arrematante **ERIMED INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTO PARA SAÚDE LTDA**: Em análise da amostra do material ofertado pela empresa, a equipe técnica identificou que o mesmo não atende ao objeto da licitação, sendo que a atadura não atinge o comprimento que é solicitado no edital, que é de 4,5 metros (esticada). Desta forma, a empresa está **REPROVADA** para este lote;

**LOTE 03** – Empresa arrematante **A.M. FERNANDES ME**: Em análise da amostra do material ofertado pela empresa, a equipe técnica identificou que o mesmo não atende ao objeto da licitação, sendo que a atadura não atinge o comprimento que é solicitado no edital, que é de 4,5 metros (esticada). Desta forma, a empresa está **REPROVADA** para este lote;

**LOTE 13** – Empresa arrematante **CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A**: O registro do produto na ANVISA, conforme número apresentado na proposta comercial, está vencido (comprovante anexo o laudo), estando em desacordo com o item 6.3 e 9.3 do anexo IV do edital de licitação. Desta forma, a empresa está **REPROVADA** para este lote;

Viana/ES, 09 de julho de 2019  
Atenciosamente,

  
**Elber Francisco Rocha Matos**  
Gerência de Suprimentos/FMS

**Silvânia B. Siqueira**  
ASB – Administrativo/FMS